



alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit 95% THF (C11503) + 5% MEK (C11515)  
unmarked tube connections glued with 95% THF (C11503) + 5% MEK (C11515)

20 (J1010914)

19 (C30945S) ③  
alternativ (C30945)

Verpackungsgröße/  
packaging size  
133 x 310

1650±50



Schlauchlänge entspricht Schnittlänge /  
tube length is cut length  
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu  
tube length is not true to scale

Format: A2	Projektion:	Maßstab: 1:1	WS.-Nr. / Werkstoff: -
Abmessung: -		Batch-Nr. / Farbe: -	
Toleranz: -		SAP-Nr.: M46446700	
Nennmassbare Angabe in mm: -		gezeichnet / drawn: 07.05.2018 Henkel	
7	0138-18	07.05.2018	He
6	0111-18	11.04.2018	Ra
5	0053-18	13.02.2018	Ra
4	0159-17	18.08.2017	Ra
3	0094-17	23.05.2017	Ra
2	0220-14	22.07.2014	Ra
1	0133-14	05.05.2014	Ra
0	0093-14	20.03.2014	Wa

Allgemeintoleranzen general tolerances		Radien radii	
Abmessung	Längen length	-	
Nennmassbare Angabe in mm		-	

Artikel-Nr. unverteilt: -  
Kunden-Nr.: -  
Kunden-Artikel-Nr.: -  
freigegeben / approved: 15.08.2018 Schott  
geprüft / checked: 16.08.2018 Pütter  
gültig ab: 23.08.2018  
freigegeben / approved: 23.08.2018

Bezeichnung:  
Infusion Set VL ON 45

Artikel-Nr.: M46446700

Doc. M46446700 Bl.1-7



Dokumentnummer/Document number : Doc. M46446700 Bl.1-7	Bezeichnung/Title: Infusion Set VL ON 45
Artikelnummer/Article number: M46446700 Bl.1	Revision/Revision: Rev.7

**Freigegeben für / Approved for:**

<input type="checkbox"/> Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from:
Geprüft: Checked:	_____
	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	_____
	Date Name Signature
<input type="checkbox"/> Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from:
Geprüft: Checked:	_____
	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	_____
	Date Name Signature
<input type="checkbox"/> begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from:
Geprüft: Checked:	_____
	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	_____
	Date Name Signature
<input type="checkbox"/> Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from:
Geprüft: Checked:	_____
	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	_____
	Date Name Signature

<input checked="" type="checkbox"/> Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: Date of distribution
Geprüft: Checked:	15 AUG 2018 D. SCHOTT
	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	16.08.2018 H. Pöthl
	Date Name Signature